


**WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. dra JÓZEFA BEDNARZA**

ul. Sądowa 18
86-100 Świecie n/W
woj. kujawsko-pomorskie

Tel. (0-52) 33 11 031
Fax (0-52) 33 24 541
NIP 559-16-99-097

e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl



Świecie, dnia 17 czerwca 2015 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO – STOJAKÓW, ŁÓŻEK, BARIEREK, SZAFEK** dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy DzV.27.PN.8.2015 (ogłoszenia w BZP nr: 83567-2015 z dnia 9.06.2015 r., 88433-2015 z dnia 17.06.2015 r.)

Zamawiający Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynęły pytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

“Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego do godziny 10:30 i dokonanie otwarcia ofert o godzinie 10:45? Prośbę motywujemy tym, że oferenci korzystają z usług firm kurierskich, które do godziny 9:00 gwarantują terminowe dostarczenie przesyłki tylko w miastach wojewódzkich.”

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 2

“Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu łóżka rehabilitacyjne z materacem? Wprowadzenie zapisu o niedopuszczeniu składania ofert częściowych przy jednoczesnym wymogu dostawy obejmującej szafki na profilach aluminiowych wyraźnie wskazuje, że Zamawiający zamierza powierzyć wykonanie zamówienia konkretnemu wykonawcy, tj. firmie Stieglmayer. (...) Podkreślamy także, że w dzisiejszej dobie szerokiego dostępu do surowców, komponentów kolorystycznych dopasowanie kolorystyczne łóżek i szafek przyłóżkowych pochodzących od różnych wykonawców nie jest żadnym problemem.”

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 3

“Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej większej zaledwie o 6 cm czyli wynoszącej 2190 mm?”

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 4

“Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej z zamontowanymi barierkami mniejszej zaledwie od oczekiwanej o 12 mm, czyli wynoszącej 1018 mm?”

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 5

“Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża nieznacznie różniących się od oczekiwanych, tj. wynoszących 895x2120 mm?”

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 6

“Czy Zamawiający dopuści łóżko z tabliczką imienną znajdującą się na płycie wypełniającej szczyt?”

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 7

“Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach oczka siatki wynoszących 3,5x8,7 cm? Przy takim wymiarze oczek łóżko również spełnia wymóg bezpiecznego obciążenia 200 kg.”

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 8

“Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie uchwytu ręki z możliwością jego mocowania na szczycie od strony głowy pacjenta z zabezpieczeniem przed wypadnięciem przez mechanizm śrubowy?”

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 9

“Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie wieszaka kroplówki z możliwością jego mocowania na ramie łóżka w pobliżu narożnika z zabezpieczeniem przed wypadnięciem przez mechanizm śrubowy?”

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 10

“Czy Zamawiający dopuści łóżko z nierdzewnymi (metalowymi) haczykami na worki urologiczne, po dwa z każdego dłuższego boku łóżka?”

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 11

“Czy Zamawiający dopuści łóżko o korzystniejszej dla pacjenta, bo niższej, wysokości leża od podłoża wynoszącej 500 mm?”

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 12

“W tabeli parametrów Zamawiający zawarł wymóg „Podstawa łóżka wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi”. Zwracamy uwagę, że producenci łóżek szpitalnych w tego typu łóżkach stosują różne rozwiązania konstrukcyjne do mocowania nóg. Podstawowym warunkiem dla zastosowania każdego z tych rozwiązań jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i personelowi medycznemu, jak również zapewnienie stabilności, trwałości konstrukcji i długoletniego, bezusterkowego działania. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego, czy dopuści łóżko z nogami zapewniającymi bezpieczeństwo i trwałość w użytkowaniu łóżka, które nie wymagają poprzeczek łączących?”

Odpowiedź: NIE.

Kierownik
Działu Organizacyjno-Prawnego

mgr Dariusz Rutkowski